SC ????? SRL

Plasma de control:

Coagulare Nivel Normal

Lot ?????? Expiră la ?????producător TECO Echipament: Coagulometru ????seria ?????

Proba	TQ	INR
1	13.40	0.99
2	13.60	0.97
3	13.60	1.01
4	13.70	0.99
5	13.50	0.98
6	13.40	0.99
7	13.70	1.00
8	13.70	0.99
9	13.40	0.98
10	13.50	0.99
average-Media	**13.55**	**0.99**
stdev	0.1269	0.0110
Cv	0.9367	1.1127
UA	**0.1269**	**0.0110**
Incertitudine etalonare	0	0
UBetal	0	0
Domeniu	12,3-18,9	0,79-1,27
Val tinta	15.2	1.01
a- limita inf	12.3	0.79
a+limita sup	18.9	1.27
a+-a- Interval	**6.6**	**0.5**
Ubref- 12 RECTANG	**1.9053**	**0.1386**
suma patrate 2	3.6461	0.0193
UC 2	**1.9095**	**0.1390**
UE 2	**3.8190**	**0.2780**
Scorul z	-0.5000	-0.0875
BIAS%	-10.8553	-2.0792

SC ????? SRL

Plasma de control:
Coagulare Nivel Normal
Lot ?????? Expiră la ?????producător TECO Echipament: Coagulometru ???? Echipamer

Proba	TQ	INR
1	35.70	2.44
2	35.70	2.44
3	35.40	2.41
4	35.40	2.41
5	35.70	2.44
6	35.30	2.40
7	35.40	2.44
8	35.80	2.41
9	35.70	2.41
10	35.30	2.45
average-Media	**35.54**	**2.43**
stdev	0.1955	0.0184
Cv	0.5501	0.7591
UA	**0.1955**	**0.0184**
Incertitudine etalonare	0	0
UBetal	0	0
Domeniu	27,3-44,6	2,02-3,25
Val tinta	35.4	2.41
a- limita inf	27.3	2.02
a+limita sup	44.6	3.25
a+-a- Interval	**17.3**	**1.2**
Ubref- 12 RECTAN	**4.9941**	**0.3551**
suma patrate 2	24.9791	0.1264
UC 2	**4.9979**	**0.3555**
UE 2	**9.9958**	**0.7111**
Scorul z	0.0162	0.0244
BIAS%	0.3955	0.6224

SC ????? SRL

Plasma de control:

Coagulare Nivel Normal

Lot ?????? Expiră la ?????producător TECO Echipament: Coagulometru ???'

Proba	TQ	INR
1	3.35	0.24
2	3.34	0.24
3	3.34	0.25
4	3.42	0.24
5	3.33	0.24
6	3.35	0.24
7	3.40	0.25
8	3.40	0.24
9	3.34	0.24
10	3.32	0.24
average-Media	**3.36**	**0.24**
stdev	0.0345	0.0042
Cv	1.0260	1.7423
UA	**0.0345**	**0.0042**
Incertitudine etalonare	0	0
UBetal	0	0
Domeniu	12,3-18,9	0,79-1,27
Val tinta	15.2	1.01
a- limita inf	12.3	0.79
a+limita sup	18.9	1.27
a+-a- Interval	**6.6**	**0.5**
Ubref- 12 REC	**1.9053**	**0.1386**
suma patrate	3.6312	0.0192
UC 2	**1.9056**	**0.1386**
UE 2	**3.8111**	**0.2773**
BIAS%	-77.9013	-76.0396

SC ????? SRL

Plasma de control:

Coagulare Nivel Normal

Lot ?????? Expiră la ?????producător TECO Echipament: Coagulometru ????seria ????????

DATA	TIMP QUICK(SEC)	INR
03,01,2011	12.5	0.89
04,01,2011	16.2	1.03
05,01,2011	15.3	0.97
07,01,2011	17.6	0.99
10,01,2011	15.2	1.02
11,01,2011	13.5	1.01
12,01,2011	14.6	0.96
13,01,2011	15.1	0.86
14,01,2011	14.8	1.03
17,01,2011	16.3	0.97
average-Media	**15.1**	**0.97**
SD	1.4379	0.0579
Cv	9.5165	5.9544
UA	**1.4379**	**0.0579**
Incertitudine etalonare	0	0
UBetal	0	0
Domeniu	12,3-18,9	0,79-1,27
Val tinta	15.2	1.01
a- limita inf	12.3	0.79
a+limita sup	18.9	1.27
a+-a- Interval	**6.6**	**0.48**
Ubref- 12 RECTA	**1.9053**	**0.1386**
suma patrate 2	2.0677	0.0034

UC 2	**1.4379**	**0.0579**
UE 2	**2.8759**	**0.1159**
Scorul z	-0.0273	-0.1542
BIAS%	-0.5921	-3.6634

SC ????? SRL

Plasma de control:

Coagulare Nivel Normal

Lot ?????? Expiră la ?????producător TECO Echipament: Coagulometru ????seria ????????

DATA	TIMP QUICK(SEC)	INR
03,01,2011	36.50	2.59
04,01,2011	27.60	2.47
05,01,2011	40.30	2.41
07,01,2011	41.60	3.20
10,01,2011	39.50	3.11
11,01,2011	37.30	2.41
12,01,2011	39.20	2.56
13,01,2011	35.50	2.44
14,01,2011	38.60	2.17
17,01,2011	41.20	3.10
average-Media	**37.73**	**2.6**
SD	4.0683	0.3575
Cv	10.7827	13.5109
UA	**4.0683**	**0.3575**
Incertitudine etalonare	0	0
UBetal	0	0
Domeniu	27,3-44,6	2,02-3,25
Val tinta	35.4	2.41
a- limita inf	27.3	2.02
a+limita sup	44.6	3.25
a+-a- Interval	**17.3**	**1.2**
Ubref- 12 RECTA	**4.9941**	**0.3551**
suma patrate 2	16.5512	0.1278

UC 2	**4.0683**	**0.3575**
UE 2	**8.1366**	**0.7150**
Scorul z	0.2694	0.3837
BIAS%	6.5819	9.7925